

## インスリン製剤の適正使用のお願い

# ランタス<sup>®</sup>注 オプチクリック<sup>®</sup>300 オプチクリック<sup>®</sup> ランタス<sup>®</sup>注 ソロスター<sup>®</sup>

謹啓

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて10月3日付けにて、厚生労働省医薬食品局より発出されました薬食安発第1003004号通知に基づき、「インスリン製剤」の適正使用に関し、弊社よりご連絡いたします。

今般、ある医療機関におきまして、インスリン製剤を複数の患者さまに使用された事例が報告されました。

つきましては、添付文書、使用説明書等にて、従来よりご提供させていただいておりますとおり、以下の事項を再度徹底していただきたく、ここにお願い申し上げます。

### 『1本の製剤を複数の患者に使用しないこと』

1本の製剤を複数患者に使用すると、毎回新しい針に取り替えた場合でも、カートリッジ内への血液混入等により、感染の原因となるおそれがあります。

本件につきまして、ご理解並びにご協力賜りますよう、お願い申し上げます。

謹白

本内容に関するお問い合わせ先:

**サノフィ・アベンティス株式会社**

〒163-1488 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

コールセンター くすり相談室

☎ 0120-109-905

FAX (03) 6301-3010

サノフィ・アベンティス社 糖尿病関連医療機器サポートダイヤル

操作方法を24時間365日サポート

**オプチコール24**  
☎ 0120-49-7010  
ヨウ ナレ 機

医療関係者の方々へ

2008年10月  
日本イーライリリー株式会社

## インスリン製剤等の適正使用のお願い

謹啓

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて10月3日付けにて、厚生労働省医薬食品局より発出されました薬食安発第1003004号通知に基づき、「インスリン製剤」(キット製剤、カートリッジ製剤及びペン型注入器)及び「成長ホルモン製剤」(カートリッジ製剤及びペン型注入器)の適正使用に関し、弊社よりご連絡いたします。

今般、ある医療機関におきまして、インスリン製剤を複数の患者さまに使用された事例が報告されました。

つきましては、添付文書、取扱説明書等に、従来より記載させていただいておりますとおり、以下の事項を再度徹底していただきたく、ここにお願い申し上げます。

### 『 1 本の製剤を複数の患者さまに使用しないこと 』

1本の製剤を複数患者さまに使用すると、毎回新しい針に取り替えた場合でも、カートリッジ内への血液混入等により、感染の原因となるおそれがあります。

本件につきまして、ご理解並びにご協力賜りますよう、お願い申し上げます。

謹白

【対象製品】

#### インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

ヒューマログ®注カート、キット、ミリオペン®  
ヒューマログ®ミックス 25 注カート、キット、ミリオペン®  
ヒューマログ®ミックス 50 注カート、キット、ミリオペン®  
ヒューマログ®N注カート、キット、ミリオペン®

#### ヒトインスリン(遺伝子組換え)

ヒューマカート®R注(カートリッジ・キット)  
ヒューマカート®N注(カートリッジ・キット)  
ヒューマカート®3/7注(カートリッジ・キット)

#### インスリンペン型注入器

ヒューマペン®ラゲジュラ

#### ヒト成長ホルモン(遺伝子組換え)

ヒューマトローブ®C6mg,C12mg

#### 医薬品ペン型注入器

ヒューマトローペン®MG  
ヒューマトローペン®3

**Lilly Answers** リリーアンサーズ  
日本イーライリリー医薬情報問合せ窓口  
**0120-360-605**(医療関係者向け)  
受付時間:月~金 8:45~17:30

## インスリン製剤等の適正使用のお願い

謹啓

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて10月3日付けにて、厚生労働省医薬食品局安全対策課より発出されました薬食安発第1003004号通知「ペン型インスリン注入器等の取扱いに係る注意喚起について」に基づき、「インスリン製剤」及び「成長ホルモン製剤」の適正使用に関し、弊社よりご連絡いたします。

今般、ある医療機関におきまして、インスリン製剤を複数の患者さまに使用された事例が報告されました。

つきましては、添付文書、使用説明書等にて、従来よりご提供させていただいておりますとおり、以下の事項を再度徹底していただきたく、ここにお願い申し上げます。

### 『1本の製剤を複数の患者に使用しないこと』

1本の製剤を複数患者に使用すると、毎回新しい針に取り替えた場合でも、カートリッジ内への血液混入等により、感染の原因となるおそれがあります。

本件につきまして、ご理解並びにご協力賜りますよう、お願い申し上げます。

謹白

#### 【対象製品】

##### インスリン デテミル製剤

レベミル<sup>®</sup>注 300 フレックスペン<sup>®</sup>  
レベミル<sup>®</sup>注 300

##### インスリン アスパルト製剤

ノボラピッド<sup>®</sup>注 300 フレックスペン<sup>®</sup>  
ノボラピッド<sup>®</sup>注 300  
ノボラピッド<sup>®</sup>30 ミックス注 フレックスペン<sup>®</sup>  
ノボラピッド<sup>®</sup>30 ミックス注

##### インスリンペン型注入器

ノボペン<sup>®</sup>300、ノボペン<sup>®</sup>300 デミ

##### ヒト成長ホルモン製剤

ノルデイトロピン<sup>®</sup>S 注 5mg  
ノルデイトロピン<sup>®</sup>S 注 10mg  
ノルデイトロピン<sup>®</sup> ノルデイフレックス<sup>®</sup>注 5mg  
ノルデイトロピン<sup>®</sup> ノルデイフレックス<sup>®</sup>注 10mg  
ノルデイトロピン<sup>®</sup> ノルデイフレックス<sup>®</sup>注 15mg

##### 医薬品ペン型注入器

ノルデイペン<sup>®</sup>5、ノルデイペン<sup>®</sup>10

##### ヒトインスリン製剤

ノボリン <sup>®</sup> R 注 フレックスペン <sup>®</sup>	イルレット <sup>®</sup> R 注
ノボリン <sup>®</sup> N 注 フレックスペン <sup>®</sup>	イルレット <sup>®</sup> N 注
ノボリン <sup>®</sup> 10R 注 フレックスペン <sup>®</sup>	イルレット <sup>®</sup> 10R 注
ノボリン <sup>®</sup> 20R 注 フレックスペン <sup>®</sup>	イルレット <sup>®</sup> 20R 注
ノボリン <sup>®</sup> 30R 注 フレックスペン <sup>®</sup>	イルレット <sup>®</sup> 30R 注
ノボリン <sup>®</sup> 40R 注 フレックスペン <sup>®</sup>	イルレット <sup>®</sup> 40R 注
ノボリン <sup>®</sup> 50R 注 フレックスペン <sup>®</sup>	イルレット <sup>®</sup> 50R 注
ペンフィル <sup>®</sup> R 注 300	
ペンフィル <sup>®</sup> N 注 300	
ペンフィル <sup>®</sup> 10R 注 300	
ペンフィル <sup>®</sup> 20R 注 300	
ペンフィル <sup>®</sup> 30R 注 300	
ペンフィル <sup>®</sup> 40R 注 300	
ペンフィル <sup>®</sup> 50R 注 300	

#### 【問い合わせ先】

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 ノボケア相談室 Tel:0120-180363

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1  
www.novonordisk.co.jp

91-2654-01-01

